

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava.
Laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. S-100.
Organizátor PSS je akreditovaný SNAS, osvedčenie o akreditácii č. T-005.

www.vuvh.sk

Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-SAA-4/2024

Ukazovatele na koncentračnej úrovni pitnej/odpadovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
Al	mg/l	2,12	1,70	2,54
As	mg/l	0,810	0,648	0,972
B	mg/l	4,06	3,25	4,87
Ba	mg/l	3,68	2,94	4,42
Cd	mg/l	0,213	0,170	0,256
Co	mg/l	1,47	1,18	1,76
Cr	mg/l	1,00	0,800	1,20
Cu	mg/l	2,73	2,18	3,28
Fe	mg/l	3,20	2,56	3,84
Hg	mg/l	0,111	0,089	0,133
Mn	mg/l	2,39	1,91	2,87
Mo	mg/l	2,50	2,00	3,00
Ni	mg/l	0,402	0,322	0,482
Pb	mg/l	0,214	0,171	0,257
Se	mg/l	0,255	0,204	0,306
V	mg/l	0,822	0,658	0,986
Zn	mg/l	2,30	1,84	2,76
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov			HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov	

Vypracoval: Ing. Monika Vicenová, v. r.

Bratislava, 3.6.2024