

Referenčné hodnoty a interval vyhovujúcich výsledkov

MPS-SAA-5/2026

Ukazovatele na koncentračnej úrovni odpadovej vody				
Ukazovateľ	Jednotka	Referenčná hodnota	DM	HM
Ag	mg/l	0,238	0,190	0,286
Al	mg/l	3,70	2,96	4,44
As	mg/l	0,686	0,549	0,823
B	mg/l	3,20	2,56	3,84
Ba	mg/l	2,84	2,27	3,41
Cd	mg/l	0,482	0,386	0,578
Co	mg/l	2,02	1,62	2,42
Cr	mg/l	1,45	1,16	1,74
Cu	mg/l	2,41	1,93	2,89
Fe	mg/l	3,98	3,18	4,78
Hg	mg/l	0,054	0,043	0,065
Mn	mg/l	2,78	2,22	3,34
Mo	mg/l	1,97	1,58	2,36
Ni	mg/l	1,30	1,04	1,56
Pb	mg/l	0,840	0,672	1,01
Sb	mg/l	0,462	0,370	0,554
Se	mg/l	0,684	0,547	0,821
Sn	mg/l	4,71	3,77	5,65
V	mg/l	1,77	1,42	2,12
Zn	mg/l	3,89	3,11	4,67
DM - dolná medza vyhovujúcich výsledkov		HM - horná medza vyhovujúcich výsledkov		

Vypracoval: Ing. Monika Vicenová, v. r.

Bratislava, 16.7.2026